PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO BARAT

Jalan Bibis Bunder, Tambakkemerakan, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur 61262
Telepon: (031) 89911199 • Laman: rsudsidoarjobarat.sidoarjokab.go.id • Pos-el:
rsudsidoarjobarat@sidoarjokab.go.id

DOKUMEN PENGUMUMAN MARKET SOUNDING PENGADAAN BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN UMUM (PROCLIPPER DAN OXYMETRY)

No : 000.3/25304/438.5.2.1.2/2026

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD pada RSUD Sidoarjo Barat Kabupaten Sidoarjo di tahun anggaran 2026, Nomor RUP 68282156 dengan ini akan dilakukan penjajakan pasar (*market sounding*) untuk pengadaan **Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (Proclipper dan oxymetry)**. Penjajakan pasar ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi teknis dan harga dari penyedia, mengidentifikasi minat dan kapasitas pasar, serta memberikan penjelasan awal tentang rencana pengadaan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas pengadaan, memastikan ketersediaan barang/jasa, mendapatkan masukan dari pelaku usaha, meningkatkan partisipasi pasar, penyempurnaan perencanaan dan optimalisasi pengadaan serta variasi produk yang tersedia di pasar dalam hal penyediaan barang/alat sebagaimana tercantum dalam **Lampiran Dokumen Pengumuman ini**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pelaku usaha yang bergerak dibidang penyediaan terkait dipersilakan untuk menayangkan produk melalui Toko Daring (Mbizmarket, Gratis Ongkir, dll) atau Inaproc e-Katalog v6. Adapun kualifikasi usaha (KBLI) mengikuti persyaratan kategori pada Katalog V6. Pelaksanaan Market Sounding dilaksanakan mulai tanggal **06 November 2026** sampai dengan tanggal **09 November 2026**. Pelaku usaha diharapkan telah menayangkan produk sesuai kebutuhan pengadaan paling lambat pada akhir periode Market Sounding. Selain menayangkan pada toko daring atau e katalog v6, penyedia dapat berpartisipasi dengan melengkapi formulir penawaran yang telah kami sediakan pada tautan portal DEAL RSUD Sidoarjo Barat (**https://deal.rsudsidoarjobarat.co.id**) demi menyediakan informasi tentang kesesuaian spesifikasi, ketersediaan barang hingga legalitas penyedia. Selanjutnya, proses pemilihan penyedia akan dilaksanakan berdasarkan hasil Market Sounding dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penayangan produk dimaksudkan semata-mata untuk memberikan gambaran variasi model, jenis produk, rentang harga dan penyedia yang tersedia di pasar, serta bukan merupakan proses pemilihan penyedia, tidak bersifat mengikat, dan tidak menjamin adanya pekerjaan atau kontrak. Informasi yang diperoleh dari penjajakan pasar ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan dan metode pemilihan penyedia pada pengadaan yang dimaksud. Sebagai informasi rincian produk dan spesifikasi teknis minimal yang dibutuhkan dalam pengadaan ini, dapat dilihat pada **Lampiran Dokumen Pengumuman ini**.

Sidoarjo, 05 November 2026
Pejabat Pembuat Komitmen
RSUD Sidoarjo Barat

DITERBITKAN ELEKTRONIK
PPKOM • DEAL SYSTEM
05/11/2026 08:07 WIB

Andi Dwi Purwanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes
NIP. 198703202014021003

Integritas Kriptografi Hash SHA-256 Dokumen:
`b6a2a0bf926ad73d818809be5d56832ff053a46ed752239f3a2ff45a3d46d369`
Validasi keaslian berkas pengumuman resmi dapat diakses publik melalui:
https://deal.rsudsidoarjobarat.co.id/verifikasi/000.3/25304/438.5.2.1.2/2026

DOKUMEN SAH
DEAL RSUD SIBAR

Dokumen Pengumuman Resmi Penjajakan Pasar (Market Sounding) ini diterbitkan secara sah melalui Sistem Informasi Pengadaan DEAL RSUD Sidoarjo Barat.
Nomor Surat: 000.3/25304/438.5.2.1.2/2026 | Dicetak pada: 05 November 2026 08:07:40 WIB

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO BARAT

Jalan Bibis Bunder, Tambakkemerakan, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur 61262

LAMPIRAN : **DOKUMEN PENGUMUMAN MARKET SOUNDING PENGADAAN**

NOMOR : **000.3/25304/438.5.2.1.2/2026**

TANGGAL : **05 November 2026**

TENTANG : **DAFTAR KEBUTUHAN PRODUK & SPESIFIKASI TEKNIS MINIMAL BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN UMUM (PROCLIPPER DAN OXYMETRY)**

NO	URAIAN / NAMA PRODUK	DESKRIPSI SPESIFIKASI TEKNIS MINIMAL	JUMLAH	SATUAN
1	**PROCLIPPER**	• Jenis / Tipe Alat: PROCLIPPER • Kapasitas & Spesifikasi Utama: Sistem Pisau Sekali Pakai (Disposable Blade): Mata pisau dirancang untuk penggunaan satu kali per pasien demi menjaga higiene dan sterilitas. Keamanan: Meminimalisir risiko luka/tergores dibanding pisau cukur manual tradisional. Penggunaan Basah & Kering: Dapat memotong rambut tubuh secara efisien pada permukaan kulit basah maupun kering. Desain Ergonomis: Gagang anti-selip (non-slip grip) dan kepala pisau yang fleksibel/bisa menyesuaikan kontur tubuh. Tegangan Motor (Motor Voltage): 3.7 V DC Kecepatan Putaran (RPM): 6.500 RPM Konsumsi Arus: Tanpa beban (without load): 0.25 A Beban penuh (full load): 0.7 A Baterai: Li-ion 3.7V ICR 14500MAB 800 mAh Waktu Pengisian Baterai (Charging Time): Sekitar 1 Jam Waktu Operasi Baterai (Operating Time): Sekitar 60 Menit Adaptor Pengisi Daya (Charger): Input: 100–240 V ~ 50/60 Hz 0.3 A Output: 5.0 V DC, 1.5 A Dimensi Alat: 158 × 46.5 × 40.5 mm Berat Alat: Tanpa pisau (without blade): 122 gram Dengan pisau (with blade): 132 gram • Garansi & Layanan Purnajual: garansi 1 tahun resmi dari pabrikan/distributor • Tingkat Komponen Alat: Belum Memiliki TKDN Khusus tetapi telah memiliki Nomor Izin Edar Resmi Kemenkes RI Kategori Produk: AKL (Alat Kesehatan Luar Negeri / Impor)	**2**	Unit

NO	URAIAN / NAMA PRODUK	DESKRIPSI SPESIFIKASI TEKNIS MINIMAL	JUMLAH	SATUAN
2	**OXYMETRI**	• Jenis / Tipe Alat: OXYMETER PORTABLE • Kapasitas & Spesifikasi Utama: Jenis Alat: Handheld Pulse Oximeter (Oksimetri Portabel/Genggam dengan Probe Eksternal). Tipe Layar: Color LCD / OLED Display (Layar warna dengan multi-parameter display). Sistem Koneksi Probe: External Probe Interface (Konektor di bagian atas untuk penggantian sensor SpO2 dan Temp). Desain Ergonomis: Dilengkapi casing pelindung karet anti-slip dan tombol navigasi fisik di bagian depan. Parameter Rentang/Standar Minimum Wajib Saturasi Oksigen (SpO2)Rentang ukur: 0% - 100%, Akurasi: 2%(pada rentang 70% - 100%) Frekuensi Denyut Nadi (Pulse Rate) Rentang ukur: 30 - 250 bpm, Akurasi: 2 bpm atau 2 % Indeks Perfusi (Perfusion Index / PI)Tersedia (minimal skala 0.05% - 20%) arameter Fitur Keselamatan & Alarm MedisLimit Alarm Berkelanjutan (Visual & Audible Alarms):Wajib memiliki pengaturan batas atas dan batas bawah alarm untuk SpO_2 dan Pulse Rate.Indikator alarm berupa sinyal suara (audio) dan sinyal visual (lampu/warna angka berkedip).Indikator Kualitas Sinyal/Gelombang (Plethysmogram):Wajib menampilkan grafik gelombang plethysmogram atau bar-graph kualitas sinyal nadi untuk memastikan sensor terpasang pas dan membaca denyut darah asli (bukan akibat pergerakan/artefak).Indikator Baterai & Lepas Sensor (Probe Off Alarm):Alarm visual/suara jika sensor terlepas dari jari pasien atau jika daya baterai melemah (low battery). arameter Fisik & Kebutuhan Operasional Kesesuaian Sensor (Probe Compatibility): Sensor klip jari dewasa (Adult Finger Probe). (Opsional/Tambahan untuk IGD: ketersediaan sensor pediatrik/bayi). Tampilan Layar (Display): Layar digital berteknologi OLED / TFT / LCD berkecerahan tinggi yang mudah dibaca dari berbagai sudut dan kondisi pencahayaan redup. Sumber Daya (Power Supply): Oksimetri Portabel/Meja (Tabletop/Patient Monitor): Wajib menggunakan listrik AC (100–240V) plus Baterai Isi Ulang (Rechargeable Internal Battery) bertahan minimal 2–4 jam saat mati listrik. Oksimetri Jari (Fingertip): Menggunakan baterai standar (AAA) dengan fitur hemat daya Auto Power-Off (mati otomatis jika tidak digunakan selama 8–15 detik). Antarmuka & Tombol Operasional (User Interface & Buttons)Port Sensor (Blood Oxygen Probe Interface): Soket pada bagian atas unit untuk menghubungkan	**2**	Unit

Sidoarjo, 05 November 2026

Pejabat Pembuat Komitmen

RSUD Sidoarjo Barat

DISETUJUI ELEKTRONIK
PPKOM • DEAL SYSTEM
05/11/2026 08:07 WIB

Andi Dwi Purwanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes

NIP. 198703202014021003