PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO BARAT

Jalan Bibis Bunder, Tambakkemerakan, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur 61262
Telepon: (031) 89911199 • Laman: rsudsidoarjobarat.sidoarjokab.go.id • Pos-el:
rsudsidoarjobarat@sidoarjokab.go.id

DOKUMEN PENGUMUMAN MARKET SOUNDING PENGADAAN BELANJA MODAL KEDOKTERAN UMUM (THERMOGUN DAN EMERGENCY CART)

No : 000.3/25306/438.5.2.1.2/2026

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD pada RSUD Sidoarjo Barat Kabupaten Sidoarjo di tahun anggaran 2026, Nomor RUP 68073251 dengan ini akan dilakukan penjajakan pasar (*market sounding*) untuk pengadaan **belanja modal kedokteran umum (thermogun dan emergency cart)**. Penjajakan pasar ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi teknis dan harga dari penyedia, mengidentifikasi minat dan kapasitas pasar, serta memberikan penjelasan awal tentang rencana pengadaan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas pengadaan, memastikan ketersediaan barang/jasa, mendapatkan masukan dari pelaku usaha, meningkatkan partisipasi pasar, penyempurnaan perencanaan dan optimalisasi pengadaan serta variasi produk yang tersedia di pasar dalam hal penyediaan barang/alat sebagaimana tercantum dalam **Lampiran Dokumen Pengumuman ini**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pelaku usaha yang bergerak dibidang penyediaan terkait dipersilakan untuk menayangkan produk melalui Toko Daring (Mbizmarket, Gratis Ongkir, dll) atau Inaproc e-Katalog v6. Adapun kualifikasi usaha (KBLI) mengikuti persyaratan kategori pada Katalog V6. Pelaksanaan Market Sounding dilaksanakan mulai tanggal **06 November 2026** sampai dengan tanggal **09 November 2026**. Pelaku usaha diharapkan telah menayangkan produk sesuai kebutuhan pengadaan paling lambat pada akhir periode Market Sounding. Selain menayangkan pada toko daring atau e katalog v6, penyedia dapat berpartisipasi dengan melengkapi formulir penawaran yang telah kami sediakan pada tautan portal DEAL RSUD Sidoarjo Barat (**https://deal.rsudsidoarjobarat.co.id**) demi menyediakan informasi tentang kesesuaian spesifikasi, ketersediaan barang hingga legalitas penyedia. Selanjutnya, proses pemilihan penyedia akan dilaksanakan berdasarkan hasil Market Sounding dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penayangan produk dimaksudkan semata-mata untuk memberikan gambaran variasi model, jenis produk, rentang harga dan penyedia yang tersedia di pasar, serta bukan merupakan proses pemilihan penyedia, tidak bersifat mengikat, dan tidak menjamin adanya pekerjaan atau kontrak. Informasi yang diperoleh dari penjajakan pasar ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan dan metode pemilihan penyedia pada pengadaan yang dimaksud. Sebagai informasi rincian produk dan spesifikasi teknis minimal yang dibutuhkan dalam pengadaan ini, dapat dilihat pada **Lampiran Dokumen Pengumuman ini**.

Sidoarjo, 05 November 2026
Pejabat Pembuat Komitmen
RSUD Sidoarjo Barat

DITERBITKAN ELEKTRONIK
PPKOM • DEAL SYSTEM
05/11/2026 08:25 WIB

Andi Dwi Purwanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes
NIP. 198703202014021003

Integritas Kriptografi Hash SHA-256 Dokumen:
`3d312c437e8852fcda0da583ea47e61c6de420ffb25cd7dca6e53b86d0a319dd`
Validasi keaslian berkas pengumuman resmi dapat diakses publik melalui:
https://deal.rsudsidoarjobarat.co.id/verifikasi/000.3/25306/438.5.2.1.2/2026

DOKUMEN SAH
DEAL RSUD SIBAR

Dokumen Pengumuman Resmi Penjajakan Pasar (Market Sounding) ini diterbitkan secara sah melalui Sistem Informasi Pengadaan DEAL RSUD Sidoarjo Barat.
Nomor Surat: 000.3/25306/438.5.2.1.2/2026 | Dicetak pada: 05 November 2026 08:25:04 WIB

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO BARAT

Jalan Bibis Bunder, Tambakkemerakan, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur 61262

LAMPIRAN	:	**DOKUMEN PENGUMUMAN MARKET SOUNDING PENGADAAN**
NOMOR	:	**000.3/25306/438.5.2.1.2/2026**
TANGGAL	:	**05 November 2026**
TENTANG	:	**DAFTAR KEBUTUHAN PRODUK & SPESIFIKASI TEKNIS MINIMAL BELANJA MODAL KEDOKTERAN UMUM (THERMOGUN DAN EMERGENCY CART)**

NO	URAIAN / NAMA PRODUK	DESKRIPSI SPESIFIKASI TEKNIS MINIMAL	JUMLAH	SATUAN

1	**THERMOGUN**	• Jenis / Tipe Alat: THERMOGUN • Kapasitas & Spesifikasi Utama: Desain & Ergonomi Bentuk Fisik: Model Stick / Wand modern (bukan tipe pistol grip / tembak), sehingga lebih ringkas, ringan, dan ergonomis untuk disimpan di saku atau trolley perawat. Kemiringan Sensor: Kepala sensor memiliki sudut kemiringan (angled head) yang disesuaikan dengan posisi ergonomis tangan saat diarahkan ke dahi pasien. Antarmuka (Tombol): Tombol Utama (Persegi di atas): Digunakan sebagai Trigger pengukuran suhu / tombol Daya ON. Tombol M (Memory): Untuk mengakses riwayat data pengukuran suhu yang tersimpan sebelumnya. Tombol O / Mute / Mode: Untuk mengontrol suara (bisu/bunyi), mengganti mode pengukuran (Body/Surface), atau mengganti satuan (°C/°F). Spesifikasi Layar & Pengukuran Tipe Layar: LCD Digital berpenerang (Backlight LCD Display). Indikator Demam (Tri-color Backlight): Layar akan berubah warna (misalnya Oranye/Kuning seperti pada gambar atau Merah) untuk memberi alert visual jika terdeteksi suhu hangat/demam (subfebris/hyperthermia). Layar berwarna Hijau saat suhu tubuh berada dalam batas normal (36,0°C – 37,3°C). Rentang Pengukuran Suhu Body: 32,0°C – 42,9°C. Akurasi Medis: ±0,2°C hingga ±0,3°C (Tingkat presisi tinggi untuk kebutuhan klinik/RS). Resolusi Layar: 0,1°C (menampilkan 1 desimal di belakang koma, misal: 36.5 pada layar). Jarak Ukur Non-Kontak: 1 cm – 5 cm dari permukaan dahi. Waktu Respon Pengukuran: Sangat cepat (? 1–2 detik). Fitur Utama & Catu Daya Kapasitas Memori: Mampu menyimpan 32 hingga 35 data pengukuran terakhir (diakses melalui tombol M). Fitur Hemat Daya (Auto Power-Off): Alat mati secara otomatis setelah 10–15 detik tidak digunakan untuk menghemat daya baterai. Sumber Daya (Baterai): Menggunakan 2x Baterai AAA (DC 3V) yang mudah diganti di bagian kompartemen belakang. Bahan Casing: Plastik ABS kelas medis (Medical Grade ABS) yang tahan terhadap pembersihan/disinfeksi menggunakan alkohol 70%. • Garansi & Layanan Purnajual: Masa Garansi Resmi: Umumnya mencakup garansi 1 Tahun (garansi ganti baru / perbaikan spare part & jasa perbaikan). • Tingkat Komponen Alat: Sebagian besar termometer inframerah model stick/pen dengan bentuk fisik seperti pada gambar (misalnya merk Berrcom, Yuwell, Omron, Microlife, atau OEM buatan Tiongkok) diimpor secara utuh (built-up). Memiliki izin edar AKL (Alat Kesehatan Luar Negeri) dari Kemenkes RI.Nilai TKDN: 0% (atau tidak terdaftar di database Sertifikasi TKDN Kemenperin).	**1**	Unit

2	**THERMOGUN**	• Jenis / Tipe Alat: THERMOGUN • Kapasitas & Spesifikasi Utama: Desain & Ergonomi Bentuk Fisik: Model Stick / Wand modern (bukan tipe pistol grip / tembak), sehingga lebih ringkas, ringan, dan ergonomis untuk disimpan di saku atau trolley perawat. Kemiringan Sensor: Kepala sensor memiliki sudut kemiringan (angled head) yang disesuaikan dengan posisi ergonomis tangan saat diarahkan ke dahi pasien. Antarmuka (Tombol): Tombol Utama (Persegi di atas): Digunakan sebagai Trigger pengukuran suhu / tombol Daya ON. Tombol M (Memory): Untuk mengakses riwayat data pengukuran suhu yang tersimpan sebelumnya. Tombol O / Mute / Mode: Untuk mengontrol suara (bisu/bunyi), mengganti mode pengukuran (Body/Surface), atau mengganti satuan (°C/°F). Spesifikasi Layar & Pengukuran Tipe Layar: LCD Digital berpenerang (Backlight LCD Display). Indikator Demam (Tri-color Backlight): Layar akan berubah warna (misalnya Oranye/Kuning seperti pada gambar atau Merah) untuk memberi alert visual jika terdeteksi suhu hangat/demam (subfebris/hyperthermia). Layar berwarna Hijau saat suhu tubuh berada dalam batas normal (36,0°C – 37,3°C). Rentang Pengukuran Suhu Body: 32,0°C – 42,9°C. Akurasi Medis: ±0,2°C hingga ±0,3°C (Tingkat presisi tinggi untuk kebutuhan klinik/RS). Resolusi Layar: 0,1°C (menampilkan 1 desimal di belakang koma, misal: 36.5 pada layar). Jarak Ukur Non-Kontak: 1 cm – 5 cm dari permukaan dahi. Waktu Respon Pengukuran: Sangat cepat (? 1–2 detik). Fitur Utama & Catu Daya Kapasitas Memori: Mampu menyimpan 32 hingga 35 data pengukuran terakhir (diakses melalui tombol M). Fitur Hemat Daya (Auto Power-Off): Alat mati secara otomatis setelah 10–15 detik tidak digunakan untuk menghemat daya baterai. Sumber Daya (Baterai): Menggunakan 2x Baterai AAA (DC 3V) yang mudah diganti di bagian kompartemen belakang. Bahan Casing: Plastik ABS kelas medis (Medical Grade ABS) yang tahan terhadap pembersihan/disinfeksi menggunakan alkohol 70%. • Garansi & Layanan Purnajual: Masa Garansi Resmi: Umumnya mencakup garansi 1 Tahun (garansi ganti baru / perbaikan spare part & jasa perbaikan). • Tingkat Komponen Alat: Sebagian besar termometer inframerah model stick/pen dengan bentuk fisik seperti pada gambar (misalnya merk Berrcom, Yuwell, Omron, Microlife, atau OEM buatan Tiongkok) diimpor secara utuh (built-up). Memiliki izin edar AKL (Alat Kesehatan Luar Negeri) dari Kemenkes RI.Nilai TKDN: 0% (atau tidak terdaftar di database Sertifikasi TKDN Kemenperin).	**1**	Unit

3	**EMERGENCY CART**	• Jenis / Tipe Alat: EMERGENCY CART • Kapasitas & Spesifikasi Utama: Terdiri dari : - Satu buah laci ukuran tinggi 225 mm.- Dua buah laci ukuran tinggi 150 mm.- Dua buah laci ukuran tinggi 75 mm.- Sistem pengunci sentral untuk mengunci laci secara bersamaan.Hendel pengunci sentral berfungsi juga sebagai pemotongdisposable plastic seals.- Meja ABS, digunakan juga sebagai hendel dorong dan bumper.- Meja Defibrilator dan Meja Suction Pump-Stop kontak, kabel & jack.- Rel aksesoris, dapat diatur ketinggiannya.Laci dapat ditukar atau ditempatkan pada medicine cabinet (32923)sehingga dapat mempercepat proses pengisian obat. Aksesoris : Dudukan tabung oksigen, Tiang infus, Papan RJP, Tempatpenyimpanan samping, Dudukan disposal bin, Dudukan gloves box. Castor : 4 castor 5” roda ganda, dua diantaranya dilengkapi dengan pengunci. Finishing : Epoxy powder coating finished (Cat oven). Beban Maks. : 100 kg. (Keseluruhan) Berat Produk : ± 47 kg. Dimensi : ± (P)920 x (L)615 x (T)1150 mm. • Garansi & Layanan Purnajual: Garansi 1 tahun • Tingkat Komponen Alat: TKDN	**1**	Unit

Sidoarjo, 05 November 2026

Pejabat Pembuat Komitmen

RSUD Sidoarjo Barat

DISETUJUI ELEKTRONIK
PPKOM • DEAL SYSTEM
05/11/2026 08:25 WIB

Andi Dwi Purwanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes

NIP. 198703202014021003