PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO BARAT

Jalan Bibis Bunder, Tambakkemerakan, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur 61262
Telepon: (031) 89911199 • Laman: rsudsidoarjobarat.sidoarjokab.go.id • Pos-el: rsudsidoarjobarat@sidoarjokab.go.id

DOKUMEN PENGUMUMAN MARKET SOUNDING PENGADAAN BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN UMUM (PADSLIDE)

No : 000.3/25308/438.5.2.1.2/2026

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD pada RSUD Sidoarjo Barat Kabupaten Sidoarjo di tahun anggaran 2026, Nomor RUP 68072732 dengan ini akan dilakukan penjajakan pasar (*market sounding*) untuk pengadaan **Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (padslide)**. Penjajakan pasar ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi teknis dan harga dari penyedia, mengidentifikasi minat dan kapasitas pasar, serta memberikan penjelasan awal tentang rencana pengadaan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas pengadaan, memastikan ketersediaan barang/jasa, mendapatkan masukan dari pelaku usaha, meningkatkan partisipasi pasar, penyempurnaan perencanaan dan optimalisasi pengadaan serta variasi produk yang tersedia di pasar dalam hal penyediaan barang/alat sebagaimana tercantum dalam **Lampiran Dokumen Pengumuman ini**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pelaku usaha yang bergerak dibidang penyediaan terkait dipersilakan untuk menayangkan produk melalui Toko Daring (Mbizmarket, Gratis Ongkir, dll) atau Inaproc e-Katalog v6. Adapun kualifikasi usaha (KBLI) mengikuti persyaratan kategori pada Katalog V6. Pelaksanaan Market Sounding dilaksanakan mulai tanggal **06 November 2026** sampai dengan tanggal **10 November 2026**. Pelaku usaha diharapkan telah menayangkan produk sesuai kebutuhan pengadaan paling lambat pada akhir periode Market Sounding. Selain menayangkan pada toko daring atau e katalog v6, penyedia dapat berpartisipasi dengan melengkapi formulir penawaran yang telah kami sediakan pada tautan portal DEAL RSUD Sidoarjo Barat (**https://deal.rsudsidoarjobarat.co.id**) demi menyediakan informasi tentang kesesuaian spesifikasi, ketersediaan barang hingga legalitas penyedia. Selanjutnya, proses pemilihan penyedia akan dilaksanakan berdasarkan hasil Market Sounding dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penayangan produk dimaksudkan semata-mata untuk memberikan gambaran variasi model, jenis produk, rentang harga dan penyedia yang tersedia di pasar, serta bukan merupakan proses pemilihan penyedia, tidak bersifat mengikat, dan tidak menjamin adanya pekerjaan atau kontrak. Informasi yang diperoleh dari penjajakan pasar ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan dan metode pemilihan penyedia pada pengadaan yang dimaksud. Sebagai informasi rincian produk dan spesifikasi teknis minimal yang dibutuhkan dalam pengadaan ini, dapat dilihat pada **Lampiran Dokumen Pengumuman ini**.

Sidoarjo, 05 November 2026
Pejabat Pembuat Komitmen
RSUD Sidoarjo Barat

DITERBITKAN ELEKTRONIK
PPKOM • DEAL SYSTEM
05/11/2026 08:35 WIB

Andi Dwi Purwanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes
NIP. 198703202014021003

Integritas Kriptografi Hash SHA-256 Dokumen:
`a9525cf9a55b0f1010ae581e7cbcbccd39dc76fa58ee89d1c382a2ddb7fc81f1`
Validasi keaslian berkas pengumuman resmi dapat diakses publik melalui:
https://deal.rsudsidoarjobarat.co.id/verifikasi/000.3/25308/438.5.2.1.2/2026

DOKUMEN SAH
DEAL RSUD SIBAR

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO BARAT

Jalan Bibis Bunder, Tambakkemerakan, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur 61262

LAMPIRAN	:	**DOKUMEN PENGUMUMAN MARKET SOUNDING PENGADAAN**
NOMOR	:	**000.3/25308/438.5.2.1.2/2026**
TANGGAL	:	**05 November 2026**
TENTANG	:	**DAFTAR KEBUTUHAN PRODUK & SPESIFIKASI TEKNIS MINIMAL BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN UMUM (PADSLIDE)**

NO	URAIAN / NAMA PRODUK	DESKRIPSI SPESIFIKASI TEKNIS MINIMAL	JUMLAH	SATUAN
1	**Padslide**	• Jenis / Tipe Alat: alat bantu pemindahan pasien di tempat tidur pada pasien yang keterbatasan mobilitas • Kapasitas & Spesifikasi Utama: Dirancang untuk pasien dengan kapasitas bebas 100-200kg. memiliki permukaan atas yang halus dan licin, sisipan anti slip pada pegangan di bawah permukaan dengan kuat ke tempat tidur, material radiolucent jdi padslide terasa ringan. bahan tahan cairan mudah dibersihkan. terdapat pegangan atau handle untuk memudahkan proses pemindahan, bisa ukuran 170-200cm x 80-100 cm • Garansi & Layanan Purnajual: minimal 1 tahun jika ada atau sesuai dari penyedia • Tingkat Komponen Alat: TKDN	**1**	Unit

Sidoarjo, 05 November 2026

Pejabat Pembuat Komitmen

RSUD Sidoarjo Barat

DISETUJUI ELEKTRONIK
PPKOM • DEAL SYSTEM
05/11/2026 08:35 WIB

Andi Dwi Purwanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes

NIP. 198703202014021003