PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO BARAT

Jalan Bibis Bunder, Tambakkemerakan, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur 61262
Telepon: (031) 89911199 • Laman: rsudsidoarjobarat.sidoarjokab.go.id • Pos-el: rsudsidoarjobarat@sidoarjokab.go.id

DOKUMEN PENGUMUMAN MARKET SOUNDING PENGADAAN BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN UMUM (NEBULIZER COMPRESSOR)

No : 000.3/25418/438.5.2.1.2/2026

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD pada RSUD Sidoarjo Barat Kabupaten Sidoarjo di tahun anggaran 2026, Nomor RUP 68072732 dengan ini akan dilakukan penjajakan pasar (*market sounding*) untuk pengadaan **Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (Nebulizer Compressor)**. Penjajakan pasar ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi teknis dan harga dari penyedia, mengidentifikasi minat dan kapasitas pasar, serta memberikan penjelasan awal tentang rencana pengadaan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas pengadaan, memastikan ketersediaan barang/jasa, mendapatkan masukan dari pelaku usaha, meningkatkan partisipasi pasar, penyempurnaan perencanaan dan optimalisasi pengadaan serta variasi produk yang tersedia di pasar dalam hal penyediaan barang/alat sebagaimana tercantum dalam **Lampiran Dokumen Pengumuman ini**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pelaku usaha yang bergerak dibidang penyediaan terkait dipersilakan untuk menayangkan produk melalui Toko Daring (Mbizmarket, Gratis Ongkir, dll) atau Inaproc e-Katalog v6. Adapun kualifikasi usaha (KBLI) mengikuti persyaratan kategori pada Katalog V6. Pelaksanaan Market Sounding dilaksanakan mulai tanggal **07 November 2026** sampai dengan tanggal **10 November 2026**. Pelaku usaha diharapkan telah menayangkan produk sesuai kebutuhan pengadaan paling lambat pada akhir periode Market Sounding. Selain menayangkan pada toko daring atau e katalog v6, penyedia dapat berpartisipasi dengan melengkapi formulir penawaran yang telah kami sediakan pada tautan portal DEAL RSUD Sidoarjo Barat (**https://deal.rsudsidoarjobarat.co.id**) demi menyediakan informasi tentang kesesuaian spesifikasi, ketersediaan barang hingga legalitas penyedia. Selanjutnya, proses pemilihan penyedia akan dilaksanakan berdasarkan hasil Market Sounding dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penayangan produk dimaksudkan semata-mata untuk memberikan gambaran variasi model, jenis produk, rentang harga dan penyedia yang tersedia di pasar, serta bukan merupakan proses pemilihan penyedia, tidak bersifat mengikat, dan tidak menjamin adanya pekerjaan atau kontrak. Informasi yang diperoleh dari penjajakan pasar ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan dan metode pemilihan penyedia pada pengadaan yang dimaksud. Sebagai informasi rincian produk dan spesifikasi teknis minimal yang dibutuhkan dalam pengadaan ini, dapat dilihat pada **Lampiran Dokumen Pengumuman ini**.

Sidoarjo, 06 November 2026
Pejabat Pembuat Komitmen
RSUD Sidoarjo Barat

DITERBITKAN ELEKTRONIK
PPKOM • DEAL SYSTEM
06/11/2026 11:05 WIB

Andi Dwi Purwanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes
NIP. 198703202014021003

Integritas Kriptografi Hash SHA-256 Dokumen:
`6cda1334b87a86735503c303cebcce515e5df562fab1448afeb4cd8ad9ebfcc8`
Validasi keaslian berkas pengumuman resmi dapat diakses publik melalui:
https://deal.rsudsidoarjobarat.co.id/verifikasi/000.3/25418/438.5.2.1.2/2026

DOKUMEN SAH
DEAL RSUD SIBAR

Dokumen Pengumuman Resmi Penjajakan Pasar (Market Sounding) ini diterbitkan secara sah melalui Sistem Informasi Pengadaan DEAL RSUD Sidoarjo Barat.
Nomor Surat: 000.3/25418/438.5.2.1.2/2026 | Dicetak pada: 06 November 2026 11:05:03 WIB

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO BARAT

Jalan Bibis Bunder, Tambakkemerakan, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur 61262

LAMPIRAN : **DOKUMEN PENGUMUMAN MARKET SOUNDING PENGADAAN**

NOMOR : **000.3/25418/438.5.2.1.2/2026**

TANGGAL : **06 November 2026**

TENTANG : **DAFTAR KEBUTUHAN PRODUK & SPESIFIKASI TEKNIS MINIMAL BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN UMUM (NEBULIZER COMPRESSOR)**

NO	URAIAN / NAMA PRODUK	DESKRIPSI SPESIFIKASI TEKNIS MINIMAL	JUMLAH	SATUAN
1	**NEBULIZER**	• Jenis / Tipe Alat: nebulizer • Kapasitas & Spesifikasi Utama: Ukuran Partikel (MMAD): 2,9 mikro m (80% partikel < 5 mikro m Waktu Terapi / Nebulisasi: 6 - 8\menit} (untuk dosis standar 2,5\ml Salbutamol) Laju Aliran Bebas Maksimal (Max Flow Rate): 8,0 - 9,3\L/menit Laju Aliran Operasional (Operating Flow Rate): 6 - 7\L/menit - 10\psig - 69\kPa Tekanan Maksimal Kompresor (Max Pressure): 317 \kPa- 46\psi/3,17 bar Kapasitas Mangkuk Obat (SideStream Cup): Maksimal 8\ml} Mode Operasi: Intermittent Use (30 menit ON / 30 menit OFF) Tingkat Kebisingan (Noise Level): 58\pm -3dBA Dimensi Alat: 165 x 165x x108 mm} Berat Unit: 1,5 kg Sumber Daya Listrik: 230 V/ 50 Hz, 1A (atau 220 V/60 Hz) Proteksi Termal: Thermal fuse (suhu pemutus otomatis pada 150^C • Garansi & Layanan Purnajual: Garansi alat minimal 1–2 tahun. Surat Jaminan Ketersediaan Suku Cadang (spare parts) minimal 5 tahun dari distributor/produsen. • Tingkat Komponen Alat: Standar Sertifikasi International: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, ISO 13485 Kategori Izin Edar RI: AKL (Alat Kesehatan Luar Negeri - Kemenkes RI)	**4**	Unit

Sidoarjo, 06 November 2026

Pejabat Pembuat Komitmen

RSUD Sidoarjo Barat

DISETUJUI ELEKTRONIK
PPKOM • DEAL SYSTEM
06/11/2026 11:05 WIB

Andi Dwi Purwanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes

NIP. 198703202014021003